

QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ TÁI SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-YTKS ngày tháng 01 năm 2022)

I. MỤC ĐÍCH

- Nhân viên y tế thực hiện đúng quy trình.
- Đảm bảo an toàn cho người bệnh, nâng cao chất lượng thủ thuật, phẫu thuật của đơn vị.

II. NGUYÊN TẮC


- Nhân viên y tế phải trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ khi xử lý các dụng cụ.
- Dụng cụ trước khi sử dụng cho mỗi người bệnh phải được xử lý thích hợp.
- Dụng cụ phải được phân loại và xử lý theo đúng mức độ và phương pháp phù hợp.
- Dụng cụ sau khi xử lý phải được bảo quản bảo đảm vô khuẩn và an toàn cho đến khi sử dụng.
- Khi ngâm khử khuẩn, khử nhiễm phải đậy kín nắp thùng, xô ngâm dụng cụ.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Quy trình khử khuẩn mức độ cao:

Áp dụng cho các dụng cụ bán thiết yếu như:

- Ống nối máy thở các loại
- Ampu bóp bóng
- Mask thở oxy
- Ống hút Karman
- Bộ dây nối máy súc rửa dạ dày
- Bộ dây nối bình hút nhót.
- Bầu phun khí dung



2. Quy trình tiệt khuẩn: dụng cụ thiết yếu (dụng cụ phẫu, thủ thuật).

