

Số: /BG-YTKVKS

Đông Khánh Sơn, ngày

tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa thiết bị y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-SYT ngày 14/8/2026 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn;

Căn cứ Biên bản kiểm tra kỹ thuật ngày 20/7/2026 của Công ty TNHH TMDV Minh Anh;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn ngày 23/9/2026;

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa thiết bị y tế với những nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn
- Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Phạm Thị Sen
- Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính
- Điện thoại: 0258.3869.230
- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn; Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
- Email: khanhhoa.ytks.syt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc email. Bản báo giá hợp lệ là bản thực hiện đúng theo Phụ lục 2 được ký tên, đóng dấu đỏ, bỏ vào bì thư đóng dấu niêm phong (nếu là bản giấy) hoặc bản scan (nếu gửi qua email).

Ngoài bì thư ghi rõ: THƯ BÁO GIÁ : “Dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa thiết bị y tế”.

- Nhận báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026 đến trước 09 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/10/2026.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục các dịch vụ: 21 khoản, chi tiết kèm Phụ lục 1.

2. Các thông tin khác:

Đề nghị quý nhà cung cấp dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa thiết bị y tế báo giá và mô tả các thông tin cụ thể theo biểu mẫu 2 đính kèm.

- Bảng báo giá: theo mẫu báo giá chi tiết (tại phụ lục 2) đính kèm
 - Số lượng bản báo giá: 01 bản chính
 - Báo giá đã bao gồm thuế (VAT) và các chi phí liên quan kể cả phí vận chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
 - Đơn vị tiền tệ tham gia báo giá: Việt Nam đồng
- 3. Hồ sơ năng lực của quý nhà cung cấp dịch vụ.**

Đề nghị các quý nhà cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa thiết bị y tế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thay thế, sửa chữa thiết bị y tế của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn cung cấp báo giá để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn.

Rất mong sự hợp tác của quý nhà cung cấp dịch vụ.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Khoa Dược-TTB-VTTYT;
- Phòng: TCKT, KH-NV;
- Các thành viên Hội đồng KHKT;
- Đăng tải lên Website cơ quan, muasamcong.mpi.gov.vn;
- Lưu: VT, TCKT, Dược.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Thạch

Phụ lục 1
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ THAY THẾ,
SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo công văn yêu cầu báo giá số /BG-YTKVKS ngày /9/2026 của
Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

ST T	Tên thiết bị-Model- Hãng và nước sản xuất- Năm đưa vào sử dụng	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết dịch vụ thay thế/sửa chữa
1	Tủ sấy tiệt trùng HOT AIR OVEN Model: YC-NO1 Hãng sản xuất: Gemmy Nước sản xuất: Đài Loan Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Cái	- Thay thế bảng mạch nguồn chính. - Thay thế bảng mạch điều khiển nhiệt độ sấy. - Xử lý rỉ sét thân vỏ và buồng sấy.
2	Máy theo dõi bệnh nhân sản khoa Model: BT-300 Hãng sản xuất: Bistos Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm đưa vào sử dụng: 2015	01	Máy	- Thay thế bộ nguồn chính. - Thay thế đầu dò doppler và đầu dò con gò tử cung.
3	Máy doppler tim thai cầm tay ADVANCED Model: PD-1000PRO Hãng sản xuất: Advanced Instrumentations Nước sản xuất: Mỹ Năm đưa vào sử dụng: 2014	01	Máy	- Thay thế bảng mạch nguồn. - Thay thế đầu dò doppler tim thai.
4	Đèn mổ di động BERCHTOLD Model: D300 MOBILE Hãng sản xuất: Berchtold Nước sản xuất: Đức Năm đưa vào sử dụng: 2008	01	Cái	- Thay thế bộ nguồn chính. - Thay thế bóng đèn chiếu sáng.
5	Máy đo độ đông máu bán tự động Model: Coatron M4 Hãng sản xuất: TECO Medical Instruments Nước sản xuất: Đức Năm đưa vào sử dụng: 2008	01	Máy	- Thay thế màn hình hiển thị. - Thay thế các cổng đầu đọc quang bị xuống cấp.

6	Máy sinh hoá tự động Model: FA400 Hãng sản xuất: Clindia Systems Nước sản xuất: Trung Quốc Năm đưa vào sử dụng: 2016	01	Máy	- Thay thế board nguồn. - Thay thế bộ quang đọc mẫu. - Thay mới hệ thống đường ống dây nước thải và nước rửa.
7	Máy xét nghiệm huyết học KX21 Model: Sysmex KX21 Hãng sản xuất: Sysmex Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Năm đưa vào sử dụng: 2006	01	Máy	- Thay thế bộ kim hút mẫu. - Thay thế màn hình hiển thị. - Thay mới các đường ống dẫn, van hút hóa chất.
8	Máy điện tim 3 cần Model: ECG - 9620L Hãng sản xuất: Nihon Kohden Nước sản xuất: Nhật Bản Năm đưa vào sử dụng: 2015	01	Máy	- Thay thế màn hình hiển thị. - Thay mới bộ dây điện cực, kẹp tay, kẹp chân, điện cực hút ngực. - Hàn gắn hoặc thay thế vỏ máy bị nứt, vỡ.
9	Máy siêu âm đen trắng Siemens Sonoline Adara Model: GM-6703A2E00 Hãng sản xuất: Siemens Nước sản xuất: Đức Năm đưa vào sử dụng: 2007	01	Máy	- Khắc phục tình trạng mờ hình ảnh của đầu dò tổng quát và đầu dò tuyến tính (thay thế). - Thay thế màn hình hiển thị bị mờ. - Cấu hình: bổ sung cổng kết nối hình ảnh sang máy tính.
10	Máy Xquang tại giường Intermedical Model: BASIC 4006 Hãng sản xuất: Intermedical S.r.l Nước sản xuất: Ý Năm đưa vào sử dụng: 2010	01	Máy	- Thay thế bảng mạch xử lý trung tâm (Main CPU) để máy hoàn tất khởi động và phát được tia X.
11	Máy trợ thở KSE CPAP Model: KMC0604 Hãng sản xuất: Công ty TNHH chuyên giao công nghệ và dịch vụ y tế KSE Nước sản xuất: Việt Nam Năm đưa vào sử dụng: 2007	01	Máy	- Thay mới dây thở. - Thay thế van điều chỉnh áp lực thở.

12	Máy thở CPAP không xâm nhập, chạy điện Model: 903 RemRest Hãng sản xuất: Evo Medical Nước sản xuất: Mỹ Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Máy	Thay mới bơm trợ thở.
13	Máy phá rung tim Model: Primedic Defi-N (M100) Hãng sản xuất: Metrax Nước sản xuất: Đức Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Máy	- Thay thế bảng mạch điều khiển trung tâm (Main board CPU).
14	Máy hút nhót bằng điện Model: SU-510-1 Hãng sản xuất: Gemmy Nước sản xuất: Đài Loan Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Máy	- Thay mới các đường ống dẫn nước. - Thay thế bơm hút dịch dạ dày.
15	Máy theo dõi bệnh nhân Model: OMNI EXPRESS Hãng sản xuất: Infinium Medical, Inc Nước sản xuất: Mỹ Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Máy	- Thay thế màn hình hiển thị. - Thay thế bơm áp suất.
16	Máy phun ULV FONTAN Model: Fontan PORTASTAR S Hãng sản xuất: Swingtec GmbH Nước sản xuất: Đức Năm đưa vào sử dụng: 2011	03	Máy	Thay mới hệ thống bơm và dây vòi phun.
17	Máy siêu âm 3D Model: Aloka Prosound SSD-3500SX Hãng sản xuất: Hitachi Aloka Medical, Ltd Nước sản xuất: Nhật Bản Năm đưa vào sử dụng: 2012	01	Máy	- Thay thế bảng mạch trung tâm (Main board CPU). - Thay mới đầu dò siêu âm.

18	Máy phân tích huyết học tự động 20 thông số Model: Sysmex Xp100 Hãng sản xuất: Sysmex Corporation Nước sản xuất: Nhật Bản Năm đưa vào sử dụng: 2015	01	Máy	- Thay thế bộ da bơm áp suất. - Thay thế buồng đếm WBC. - Thay mới kim hút mẫu.
19	Nồi hấp ướ t tiết trùng VIETTRONIC DONG DA Model: MEDDA 2000 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Công nghệ Điện tử Y tế Medda Nước sản xuất: Việt Nam Năm đưa vào sử dụng: 2004	03	Cái	- Thay thế bảng mạch điều khiển, màn hình hiển thị mờ. - Thay thế van cấp nước và van xả khẩn cấp. - Thay mới thanh điện trở đốt nóng. - Xử lý rỉ sét thân vỏ và buồng hấp.
20	Nồi hấp ướ t tiết trùng TOMY Model: Autoclave SS - 325 Hãng sản xuất: TOMY Nước sản xuất: Nhật Bản Năm đưa vào sử dụng: 2004	01	Cái	- Thay thế bảng mạch điều khiển, màn hình hiển thị mờ. - Thay thế van cấp nước và van xả khẩn cấp. - Thay mới thanh điện trở đốt nóng. - Xử lý rỉ sét thân vỏ và buồng hấp.
21	Nồi hấp ướ t tiết trùng SPEEDY AUTOCLAVE Model: HL-340 Hãng sản xuất: Huxley Nước sản xuất: Đài Loan Năm đưa vào sử dụng: 2004	01	Cái	- Thay thế bảng mạch điều khiển, màn hình hiển thị mờ. - Thay thế van cấp nước và van xả khẩn cấp. - Thay mới thanh điện trở đốt nóng. - Xử lý rỉ sét thân vỏ và buồng hấp.
TỔNG CỘNG: 21 khoản				

Phụ lục 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn yêu cầu báo giá số/BG-YTKVKS ngày/9/2026 của
Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

TÊN CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

**BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY THẾ LINH KIỆN, SỬA CHỮA
THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2026**

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số...../..... ngày..... thángnăm.....
của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, chúng tôi:

- Công ty:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên hệ:
- Email:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
- Mã số thuế:

Xin được chào giá dịch vụ thay thế linh kiện, sửa chữa máy móc, thiết bị y
tế như sau:

STT	Tên thiết bị-Model- Hãng và nước sản xuất-Năm đưa vào sử dụng	Mô tả dịch vụ thay thế, sửa chữa cụ thể cho từng TBYT	Nơi thực hiện	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	...						
2	...						
3	...						
Tổng cộng:							

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ cần điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
Trường hợp yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập
vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên
quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này,
nhà cung cấp dịch vụ không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng..... năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))